


ミルクメーターは**分解洗浄**を **必ず**行ってください！！ 自動洗浄だけでは**不十分**です！

- ・タンパク質、脂質、糖分など
- ・水分
- ・温度



微生物の大好物！

不衛生だと検定の度に
細菌数が増加！



ほこりまみれの外側




流れの悪いところがチーズ状に



ゴムリングと本体の間がチーズ状に



こんなにもチーズ状に



サンプル採取ノズル(F型)内部



バルブインナー内部